

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Hasil rerata kadar hemoglobin volume 1 ml dan 2 ml yang ditunda pemeriksaannya selama 1 jam sebesar 12,9g/dl dan 12,8g/dl.
2. Hasil rerata nilai hematokrit volume 1 ml dan 2 ml yang ditunda pemeriksaannya selama 1 jam sebesar 37,8% dan 38,1%.
3. Hasil uji statistik menyatakan tidak ada perbedaan yang bermakna pada pemeriksaan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit pada volume 1 ml dan 2 ml yang ditunda pemeriksaannya selama 1 jam.
4. Pemeriksaan menggunakan volume darah di bawah standar tabung dengan penundaan 1 jam masih bisa digunakan untuk pemeriksaan laboratorium.

4.2 Saran

Saran dari peneliti adalah penggunaan tabung *vacutainer* K₃EDTA dibawah standar tabung masih bisa digunakan selagi darah tidak didiamkan lebih dari 1 jam dan untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan penundaan lebih dari 1 jam yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya efek jika menggunakan penundaan lebih dari 1 jam.